

Elemental Analiz Cihazı Numune Kabul Kriterleri

Müşteri numune gönderirken Analiz Hizmet Sözleşmesinde yazılan şartlarla birlikte, aşağıda belirtilen şartlara da uymakla yükümlüdür. Uygun olmayan numune gönderilmesi halinde BARUM numuneyi kabul etmeme hakkına sahiptir.

NUMUNENİN GETİRİLİŞ ŞEKLİ

1. Numunelerin BARUM'a getirilmesine kadar geçen sürede muhafazasının sorumluluğu müşteriye aittir.
2. Numunelerin özelliği bozulmadan laboratuvara ulaştırılmalıdır.
3. Numunelerin özel saklama şartları varsa MUTLAKA Analiz Talep Formunda ilgili bölümde belirtilmelidir.
4. Numunelerin deneyden önce belli sıcaklık ve sürede kurutulması gerekiyorsa Analiz Talep Formunda belirtilmelidir.

AMBALAJ ŞEKLİ, NUMUNE ÖZELLİĞİ VE NUMUNE MİKTARI

1. Orijinal numuneyi temsil eden numune/numuneler tercihen ependorf tüplerde ağzı sıkıca kapalı ve mümkünse parafilmlemlenmiş olarak teslim edilmelidir. Özellikle jel numunelerde sızıntı yapmayacak kaplar tercih edilmelidir. Numune miktarına uygun büyüklükte kaplar kullanılmalıdır.
2. Numune ambalajları numuneyi açıklayacak bilgileri içeren etikete sahip olmalıdır. Numuneler 01'den başlanarak müşteri tarafından mutlaka kodlanmalıdır. Deney Raporunda sadece numune kodları belirtilecektir.
3. Çatlak, kırık ya da temiz bir görünüme sahip olmayan ambalajlar numunenin özelliklerini bozmuş olabileceğinden kabul edilmeyecektir.
4. Katı ve sıvı numune miktarlarının en az 1 g olması gerekmektedir.
5. Analiz edilecek numunenin en çok 950°C'de yanabilme özelliğine sahip olması gerekmektedir. 950 °C'den yüksek bozunma sıcaklığına sahip numunelerin analizleri Elemental Analiz Cihazında yapılamamaktadır.
6. Analizi istenen elementler Analiz Talep Formunda belirtilmelidir.
7. Numuneler metal içeriyorsa Analiz Talep Formunda açık formülleriyle belirtilmelidir.
8. Numuneler homojen olmalıdır. Homojen olmayan veya 950°C'den yüksek bozunma sıcaklığına sahip numunelerin analiz sonuçlarından laboratuvarımız sorumlu değildir.
9. Uçuculuğu yüksek sıvı numunelerin bu özellikleri Elemental Analiz Talep Formu'nda belirtilmelidir.
10. Numune ambalajlarında deney istek formunda belirtilen etiket numaraları açıkça yazılmalıdır.
11. Tahmini analiz süresi 15 iş günüdür. Yukarıdaki maddeleri karşılamayan başvuruların analiz süresi tahaahüt edilen süreyi aşabilir.

